

Список документов, необходимых для паспортизации кабинета МРТ:

- действующее **регистрационное удостоверение** Росздравнадзора на мед. изделие;
- **технологический проект** на кабинет МРТ (возможно и желательно, согласованный с НПКЦ ДиТ ДЗМ) и соответствующий «Методическим указаниям по проектированию кабинетов МРТ» НПКЦ ДиТ ДЗМ;
- **проверка вентиляции** (от аккредитованной организации) с оценкой эффективности воздухообмена во всех помещениях кабинета МРТ;
- **проверка электробезопасности** (от аккредитованной организации) с протоколами измерения сопротивления заземлителя, измерения сопротивления проводов и кабелей, измерения сопротивления цепи между заземлителем и заземленными элементами (для всего электрооборудования, установленного в кабинете в соответствии с спецификацией электрооборудования из технологического проекта);
- **сертификаты и наличие наклеек** «MP-совместимый» (установленной формы) для дополнительно оборудования, установленного в процедурной МРТ;
- подписанный **акт ввода в эксплуатацию** МРТ аппарата (либо с фирмой-производителем, осуществлявшей монтаж оборудования, либо с фирмой поставщиком оборудования);
- действующий **договор на техническое обслуживание** МРТ аппарата (с аккредитованной организацией);
- протокол **исследований уровней шума** (от аккредитованной организации) (в смежных помещениях и на рабочих местах персонала, в том числе непосредственной в процедурной, и пациентов. Данный протокол отличается от стандартного протокола по СОУТ для персонала по СанПин 2.2.4.3359-16);
- протокол **исследований электромагнитного поля** (от аккредитованной организации) (в смежных помещениях и на рабочих местах персонала, в том числе непосредственно в процедурной. Данный протокол отличается от стандартного протокола по СОУТ для персонала по СанПин 2.2.4.3359-16);
- протокол **проверки (установления) области контролируемого доступа** (от аккредитованной организации) (может быть в составе протокола «Контроля эксплуатационных параметров аппаратов МРТ»).